

Link do produktu: <https://gebiss.pl/test-biologiczny-ampulkowy-do-autoklawu-p-79.html>



Test biologiczny ampułkowy do autoklawu

Cena brutto	8,00 zł
Cena netto	6,50 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze

Opis produktu

- Ampułkowe biologiczne testy sterylizacji parowej z dokładnie określoną populacją bakterii,
- Bacillus stearothermophilus - para wodna SCS 100 - temperatura inkubacji $56^{\circ}\pm 4^{\circ}\text{C}$ - czas inkubacji: 24 godziny,
- Czas przeżycia i zabicia bakterii określony dla temperatur 121°C - 134°C ,
- Wyraźna i czytelna zmiana koloru pożywki w przypadku wykrycia wzrostu bakterii,
- Wskaźnik może być inkubowany we wszystkich dostępnych inkubatorach m.in. 3M 118, 119, Browne IBB,
- Nie zawiera ołowiu oraz innych substancji niebezpiecznych,
- W każdym pudełku znajduje się certyfikat zawierający m.in. nr serii, datę ważności, ilość spor, rodzaj bakterii, D-value, czas zabicia.

Normy:

Odpowiada normom standardów ANSI/AAMI ST46:2002 ,USP Pharmacopia, ISO 11138

Inkubatory:

NDB 037-zawierający 15 miejsc na próbki 56°C

Przechowywanie i okres przydatności:

Wskazane jest przechowywanie testów w chłodnym i suchym miejscu, zachowując odpowiednią rotację zapasów.

Należy zachować niski poziom wilgotności w pomieszczeniu oraz temperaturę poniżej 27°C .

Okres przydatności: 2 lata od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o testach kontroli procesów sterylizacyjnych w autoklawie? Czym się różnią, jak je wykonywać, do czego służą?
Zastanawiasz się jaki autokław kupić? W jakich opakowaniach sterylizować narzędzia? Gdzie serwisować swój autokław?
Zapraszamy na stronę poświęconą tym zagadnieniom - [link](#)